

Komparátor koncových měrek GBCD-250

Série 565

- Ruční komparátory s duální hlavicí měrek nabízí následující výhody:
- Provádění kalibrace koncových měrek podle normy EN ISO 3650.
 - Koncové měrky mezi 0,1 mm a 250 mm lze snadno porovnat s referenčními koncovými měrkami.
 - Horní a dolní hlavice měrek poskytují snadné a vysoce přesné měření.



Obj. č.	Rozlišení	Rozsah měř. [mm]	Měřicí jednotka	Měřicí síla
565-151D-01	0,000001 mm (0,001 μm)	0,1-250	Lineární snímač (horní, dolní)	0,4 N (horní) 0,2 N (dolní)

Sady přesných měřicích trnů

Série 926

- Kompletní inkrementální sady mezních kalibračních trnů (nebo měřicích trnů), které nabízí následující výhody:
- Kompletní sada měřicích trnů se sestává z 91 nebo 273 kusů pro vybavení měrových středisek, pro práci na souřadnicových vrtačkách nebo při výrobě nástrojů a zařízení.



Sady 273 kusů		
Obj. č.	Třída přesnosti	Poznámka
926-210	1	1-10 mm, zvětšující se o 0,1 mm 0mm (rozměr); +0,01mm (větším) a -0,01mm (menším)
926-212	2	1-10 mm, zvětšující se o 0,1 mm 0mm (rozměr); +0,01mm (větším) a -0,01mm (menším)

Sady 91 kusů		
Obj. č.	Třída přesnosti	Poznámka
926-220	1	1-10mm, zvětšující se o 0,1mm
926-222	2	1-10mm, zvětšující se o 0,1mm

Volitelné příslušenství	
Obj. č.	Popis
02ASQ953	Software GBPACK-ME, pouze v anglickém jazyce, Software pro GBCD-250
02ASP422	Kabel RS-232C
937179T	Nožní spínač
02ASF040	Tepelně izolační štít, pro GBCD-250
601644	Cerastone pro koncové měrky, 150x50x20mm
158-120	Optická měrka, Ø60mm, 0,1μm
516-650E	516-650E
02ASD130	Měřicí jednotka čtvercové koncové měrky, pro GBCD-210
516-145-E2	Kalibrační etalony pro komparátor koncových měrek, 11ks., více informací viz EA-10/02

Technické parametry	
Provedení	Jemně broušené, s označením od ø 3 mm
Přesnost	DIN 2269
Tvrdost	HRC 60-62
Drsnost	RA ≤ 0,1 μm
Délka [mm]	do ø 6 mm = 50 mm od ø 6 mm = 70 mm
Dodává se	V dřevěném pouzdře